

附件 1:

贵州省区域医疗中心设备更新项目（一期）-项目 3

采购设备主要技术参数要求

序号	设备名称	单价限价 (元)	主要技术参数	备注 (国产 /进口)
1	放射治疗模拟机（大孔径CT）	5100000.00	1、管电压范围：80-140kV,管电流范围：20-500mA,孔径≥80cm。 2、旋转范围:走旋台全旋转能力，至少 360 度连续旋转。 3、位置精度:定位精度需在 1 毫米以内，以保证放射剂量的精确投送。 4、病床承重:病床最大承重通常在 135 公斤以上，以适应不同体型患者。 5、应用场景:治疗计划制定、患者定位、评估治疗的有效性、验证放射治疗计划的准确性，确保治疗质量和患者安全。	进口